



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ&ΚΗΜΔΗΣ

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ : 10/02/2025  
Α/Α: 17

**Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΝΕΥ ΛΑΒΙΔΑΣ – ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ.**

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση εντός 3 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα και τεχνικά φυλλάδια εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση στο Τμήμα Προμηθειών, προκειμένου να αξιολογηθούν από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου πριν την οικονομική προσφορά.

**Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν δείγματα, δεν θα κληθούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά.**

Πληροφορίες: Σοφία Στειακάκη, [prom3@kat-hosp.gr](mailto:prom3@kat-hosp.gr) , τηλ.213-20.86.714

Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ζητούμενα είδη είναι η Χαμηλότερη Τιμή. Τα είδη για τα οποία ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤ	Είδος/περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	2784	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΝΕΥ ΛΑΒΙΔΑΣ  ΚΑΕ 1311  No 8: 30 τεμάχια  No 7 : 5 τεμάχια  Προϋπολογισθείσα πίστωση 9.000,00 € με ΦΠΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	35
2	2785	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15

ΓΝΑ ΚΑΤ  
Τμήμα Προμηθειών

		ΚΑΕ 1311		
		No 8		
		Προϋπολογισθείσα πίστωση 6.000,00€ με ΦΠΑ		

**ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ GRIGGS ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ**

Ο σωλήνας τραχειοστομίας να είναι **DEHP FREE**, θερμοευαίσθητος με cuff σφαιρικού σχήματος, με **χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο**. Το cuff να φουσκώνει συμμετρικά και να αυξομειώνεται η πίεση που δέχεται η τραχεία ακολουθώντας τον αναπνευστικό κύκλο, με κλίση 105°.

Ο σωλήνας να έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Να φέρει οδηγό σύρμα **J tip προσαρμοσμένο σε ειδική συσκευασία για χρήση με το ένα χέρι**, με ειδική οπή στο άκρο του για την μέθοδο Seldinger.

Ο οδηγός να κουμπώνει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει >1cm από το άκρο του σωλήνα.

Να περιέχει **αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη & συσκευή απόρριψης των βελονών**.

Να περιέχει **ηχογενή βελόνα για την εισαγωγή του σύρματος στην τραχεία**.

Να περιέχει **δύο (2) σύριγγες 5ml & 10ml, 10 γάζες, δύο (2) λιπαντικά gel, νυστέρι ασφαλείας και ειδική σφήνα αποσύνδεσης του σωλήνα τραχειοστομίας από το κύκλωμα του ασθενούς**.

Το σετ να περιέχει όλα τα υλικά διαδικασίας. Να διατίθεται σε Να. 7-8-9

**ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ GRIGGS ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ**

Το σετ να φέρει λαβίδα διαστολής για μέθοδο Griggs.

Ο σωλήνας τραχειοστομίας να είναι **DEHP FREE**, θερμοευαίσθητος με cuff σφαιρικού σχήματος, με **χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο**. Το cuff να φουσκώνει συμμετρικά και να αυξομειώνεται η πίεση που δέχεται η τραχεία ακολουθώντας τον αναπνευστικό κύκλο, με κλίση 105°.

Ο σωλήνας να έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff.

Να φέρει οδηγό σύρμα **J tip προσαρμοσμένο σε ειδική συσκευασία για χρήση με το ένα χέρι**, με ειδική οπή στο άκρο του για την μέθοδο Seldinger.

Ο οδηγός να κουμπώνει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει >1cm από το άκρο του σωλήνα.

Να περιέχει **αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη & συσκευή απόρριψης των βελονών**.

Να περιέχει **ηχογενή βελόνα για την εισαγωγή του σύρματος στην τραχεία**.

ΓΝΑ ΚΑΤ  
Τμήμα Προμηθειών

*Να περιέχει δύο (2) σύριγγες 5ml & 10ml, 10 γάζες, δύο (2) λιπαντικά gel, νυστέρι ασφαλείας και ειδική σφήνα αποσύνδεσης του σωλήνα τραχειοστομίας από το κύκλωμα του ασθενούς.*

*Το σετ να περιέχει όλα τα υλικά διαδικασίας. Να διατίθεται σε Να. 7-8-9*

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να αποστείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά που τους ενδιαφέρουν.
3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας iSmart P.C.

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της iSmart P.C πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. CPV
2. GMDN
3. REF Number
4. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
5. Κατασκευαστικός οίκος

Ο Διοικητής

Ιωάννης Ηλιόπουλος