



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Γ.Ν.Μ. "ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Δ. Πανούση
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210-6426319
e-mail: supplies-dept@hospital-elena.gr

ΑΘΗΝΑ, 14/03/2025

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 5423

Π ρ ο ς
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

**Νοσοκομείο Φιλικό Προς
Τα Βρέφη
Baby Friendly Hospital**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάθεση της προμήθειας αεραγωγών και σωλήνων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16/2025

Το Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», άρθρο 118
2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019), άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»
4. Το Ν.4542/2018 άρθρο τέταρτο, «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
5. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), για την προμήθεια **αεραγωγών και σωλήνων**, για την κάλυψη των αναγκών του

Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **11.993,00** Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

6. Τον κωδικό CPV **44165100-5** της κωδικοποίησης είδους, βάσει της ισχύουσας Κοινοτικής Οδηγίας
7. Τον ΚΑΕ **1311** του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, από τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη
8. Την υπ' αρ. **25/105/04-12-2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, δια της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Αριθμός Δέσμευσης: **558/0**
10. Αριθμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Νοσοκομείου: **1015.E00170.0001**

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, για την **προμήθεια αεραγωγών και σωλήνων**, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, **συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.993,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ**, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματά της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραμματεία του Νοσοκομείου στον 4 ^ο όροφο του Γ' Κτιρίου (Σχολής Μαιών)	ΛΗΞΗ	28/03/2025 Ημέρα: Παρασκευή Ωρα: 11:00 π.μ.	Αμφιθέατρο Κτιρίου Α (Παλιό Κτίριο του Νοσοκομείου)
	27/03/2025 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 14:00 μ.μ.		

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Άρθρο 1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

Οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόμενα στο Μέρος Β'.

Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).

Γενική Παρατήρηση:

Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

Άρθρο 2ο. Ισχύς προσφορών

Η προσφορά θα ισχύει για **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας

Άρθρο 3ο. Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Νοσοκομείου στον 4^ο όροφο του Γ' Κτιρίου (Σχολής Μαιών), το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι την 27/03/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται

Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι προσφορές από τους συμμετέχοντες κατατίθενται ως εξής:

- Δικαιολογητικά συμμετοχής Επί Ποινή Απόρριψης,

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Ότι έλαβε γνώση πως η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. Επιπλέον μαζί με τη Σύμβαση προμήθειας ειδών ο οικονομικός φορέας/ανάδοχος θα υπογράψει και την αντίστοιχη Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

- **Τεχνική προσφορά**

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης

Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος παράδοσης των ειδών

- **Οικονομική προσφορά**

α) Για κάθε είδος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α' της παρούσης, πρέπει να δοθεί προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής **ανά είδος**

Οι τιμές θα δίδονται σε **ΕΥΡΩ, για το σύνολο της προμήθειας ή ανά κατηγορία προμήθειας, εφόσον αυτή επιμερίζεται σύμφωνα με την παρούσα, χωρίς Φ.Π.Α.**

Επί της υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρονται οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν.3846/2010 άρθρο 24 και Ν.3918/2011 άρθρο 13) εκάστου προσφερόμενου είδους ή παροχής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει), κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

β) Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή

γ) Επιπλέον, οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση

δ) Τα προσφερόμενα είδη τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά θα έχουν απόλυτη αντιστοιχία με τα νούμερα των καταστάσεων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α' της παρούσας

ε) Η οικονομική προσφορά να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β' της παρούσας Πρόσκλησης

Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι προμηθευτές μαζί με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεούνται για κάθε είδος να καταθέσουν και σχετικό δείγμα.

Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη συνιστά την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς για τα είδη αυτά.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα είδος έχει και υποκατηγορίες (π.χ διαφορετικές διαστάσεις), θα κατατίθεται δείγμα για την μία υποκατηγορία από τις συνολικά ζητούμενες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στον ανωτέρω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της εταιρείας
- Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
- Επιπλέον να αναγράφονται τα εξής:
 - ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»),
 - ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
 - ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
 - η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και
 - η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η προσκόμιση των προσφορών πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στη Γραμματεία (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Νοσοκομείου, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Άρθρο 4ο. Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κατά την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα της παρούσης Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, ήτοι την **28/03/2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ένα στάδιο ως εξής:

- Η επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές, και τέλος αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό για τη διαγωνιστική διαδικασία, με πρόταση για την ανάθεση της προμήθειας στο πρώτο μειοδότη ανά είδος.

Άρθρο 5ο. Αιτίες απόρριψης προσφοράς

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις
- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά

την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικής διαδικασίας εξομοιώνεται με αντιπροσφορά

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας
- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσης
- αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της παρούσης
- η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρα 88 και 89
- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των **έξι (6) μηνών** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης
- Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Πρόσκλησης

Άρθρο 6ο. Αξιολόγηση διαγωνισμού

Η επιλογή του αναδόχου - ων θα γίνει ανά είδος, βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 90

Άρθρο 7ο. Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης

1. Η Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, συντάσσεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης

2. Το κείμενο της Σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση **άμεσα** από την επίδοση της πρόσκλησης

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον αμέσως επόμενο μειοδότη για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση

4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16, από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα **δικαιολογητικά**, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/16 (έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17):

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β. του άρθρου 80 του Ν.4412/16)

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16)

δ. i. Εφόσον πρόκειται για **νομικό πρόσωπο**, **αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** του νομικού προσώπου (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16).

δ. ii. Εφόσον πρόκειται για **φυσικό πρόσωπο**, τη **βεβαίωση έναρξης εργασιών** από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 άρθρο 105

Άρθρο 12ο. Γενικά

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

**Η Διοικήτρια
του Νοσοκομείου**

Δήμητρα Α.Μ. Παππά

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ						
α/α	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας, πλέον ΦΠΑ	Συνολική Προϋπ/νη δαπάνη, πλέον ΦΠΑ
1	N0053	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 6cm	Τεμάχια	50	0,250	12,50
2	N0054	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 8cm (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Τεμάχια	2000	0,250	500,00
3	N0074	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 9cm (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)	Τεμάχια	50	0,250	12,50
4	N0107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	50	5,40	270,00
5	N0111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	100	5,40	540,00
6	N0049	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	100	5,40	540,00
7	N1006	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	100	5,40	540,00
8	N0108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 4 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	100	5,40	540,00
9	N0291	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ	Τεμάχια	100	5,40	540,00

		ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 4,5 ΧΩΡΙΣ Cuff				
10	N0109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	60	5,40	324,00
11	N0213	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 5,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	60	5,40	324,00
12	N0229	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΧΩΡΙΣ Cuff	Τεμάχια	50	5,40	270,00
13	N0170	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΜΕ Cuff	Τεμάχια	60	2,00	120,00
14	N0110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6,5 ΜΕ Cuff	Τεμάχια	60	2,00	120,00
15	N0199	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 ΜΕ Cuff	Τεμάχια	1000	2,00	2.000,00
16	N0056	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 7,5 ΜΕ Cuff	Τεμάχια	500	2,00	1.000,00
17	N0235	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2	Τεμάχια	100	10,85	1.085,00
18	N1003	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ	Τεμάχια	100	10,85	1.085,00

		ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2,5				
19	N1004	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 3	Τεμάχια	100	10,85	1.085,00
20	N1005	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 3,5	Τεμάχια	100	10,85	1.085,00
Συνολική Δαπάνη, πλέον ΦΠΑ, εις βάρος Νοσοκομείου						11.993,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1	N0053	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 6cm	<p>Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon.</p> <p>Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης.</p> <p>Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα.</p> <p>Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2</p>	
2	N0054	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 8cm (ΠΡΑΣΙΝΟ)	<p>Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon.</p> <p>Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης.</p> <p>Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα.</p> <p>Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2</p>	

3	N0074	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 9cm (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)	<p>Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon.</p> <p>Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης.</p> <p>Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα.</p> <p>Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2</p>	
4	N0107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff από θερμοευαίσθητο P.V.C., με ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος (πλήρως διαφανής), με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείο.</p> <p>Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά μήκος 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.</p> <p>Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ, αποστειρωμένοι.</p> <p>Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο2</p>	

5	N0111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mygrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.	
6	N0049	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mygrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.	

7	N1006	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mgrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	
8	N0108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 4 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mgrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	

9	N0291	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 4,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mygrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	
10	N0109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 5 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mygrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	

11	N0213	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 5,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Mygrfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	
12	N0229	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΧΩΡΙΣ Cuff	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff από θερμοευαίσθητο P.V.C., με ακτινοσκιερή γραμμή καθ' όλο το μήκος (πλήρως διαφανής), με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείο.</p> <p>Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά μήκος 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.</p> <p>Να είναι latex-free,dehp-free,μ.χ,αποστειρωμένοι.</p> <p>Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο6</p>	

13	N0170	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ME Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την διόδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	
----	-------	--	--	--

14	N0110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6,5 ME Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την διόδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επί ποιινή απόρριψης.</p>	
----	-------	---	---	--

15	N0199	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 ME Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την διόδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	
----	-------	--	--	--

16	N0056	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 7,5 ME Cuff	<p>Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την διόδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.</p>	
----	-------	---	--	--

17	N0235	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες No 2 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος , με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείοι, χωρίς cuff .</p> <p>Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.</p> <p>Να είναι Latex-free,DEHP-Free, μ.χ,αποστειρωμένοι.</p>	
18	N1003	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2,5	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες No 2,5 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος , με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείοι, χωρίς cuff .</p> <p>Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.</p> <p>Να είναι Latex-free,DEHP-Free, μ.χ,αποστειρωμένοι.</p>	

19	N1004	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 3	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 3 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοπεύσιμο σε όλο το μήκος, με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείο, χωρίς cuff.</p> <p>Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.</p> <p>Να είναι Latex-free, DEHP-Free, μ.χ, αποστειρωμένοι.</p>	
----	-------	--	---	--

20	N1005	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 3,5	<p>Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 3,5 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος , με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείοι, χωρίς cuff .</p> <p>Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.</p> <p>Να είναι Latex-free, DEHP-Free, μ.χ, αποστειρωμένοι.</p>	
----	-------	--	--	--

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦ/ΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Πλέον ΦΠΑ) Αριθμητικώς	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Πλέον ΦΠΑ) Ολογράφως	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) Αριθμητικώς	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) Ολογράφως	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ,
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ

--	--

ΣΗΜ. Το ανωτέρω υπόδειγμα θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων της Πρόσκλησης