



0001247583

ΑΔΑ: Ε6394690Ω3-30Ξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΞΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΗΛ.: 25513 53343,
ΔΡΑΓΑΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 68100

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Αναζήτηση συγκριτικών τιμών για την προμήθεια υγειονομικών υλικών για την μονάδα Αγγειογραφίας για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Στα πλαίσια διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την προμήθεια **υγειονομικών υλικών για την μονάδα Αγγειογραφίας** για τις ανάγκες του το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, διενεργεί έρευνα αγοράς με σκοπό τον προσδιορισμό της προϋπολογισθείσας δαπάνης των κάτωθι:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)
1.	STENT 6X100-150X120-150 ΑΥΤΟΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΝΙΤΙΝΟΛ Να είναι εύκαμπτα, εύχρηστα και ευέλικτα . Να έχουν ευκρινείς ακτινοσκοπικές σημάνσεις στα δυο άκρα. Να τοποθετούνται με ακρίβεια. Να έχουν μηδενική βράχυνση και εργονομικό μηχανισμό έκπτυξης. Να είναι κατάλληλα για τοποθέτηση με ομόδρομη τεχνική ή τεχνική Cross-Over, χωρίς αναπήδηση (Anti-jump). Να παρουσιάζουν χαμηλή θρομβογεννητικότητα και μικρά ποσοστά επαναστένωσης. Να έχουν υψηλή ακτινική δύναμη έκπτυξης. Να φέρονται σε λεπτό καθετήρα με μεγάλη ευελιξία και υψηλή προωθητικότητα, σε οδηγό σύρμα .035". Να διέρχονται από λεπτό θηκάρι 6F.	1

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τις ενδεικτικές τιμές προμήθειας των ειδών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosfores@pgna.gr (με κοινοποίηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prpromithies@pgna.gr) έως την **Τετάρτη 26-03-2025 και ώρα 14:00.**

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά στο τηλέφωνο 25513-53343.

Οι προσφορές είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για τον διαγωνισμό που πρόκειται μελλοντικά να διενεργηθεί.

Ο Αν. Προϊστ. Διευθ.
Οικονομικής-Διοικητικής
Υπηρεσίας

Κ.Τσιφετάκης