



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Λιάκουρα Ζωή
Τηλέφωνο: 2413 504379
FAX: 2410 259679
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

Λάρισα 20-03-2025

Αρ.Πρωτ. 9975

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για τα είδη που έχουν ενταχθεί στον Ανοικτό Διαγωνισμό προμήθειας «Δοκιμασία Ανοσοχρωματογραφίας ταχείας ταυτόχρονης ανίχνευσης Γρίπης Α&Β και COVID-19» για τις ανάγκες του Τμήματος Λοιμώξεων _ CPV 33698100-0, ΚΑΕ - 1359, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής»

Έχοντας υπόψη

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α' /147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προτίθεται να προβεί σε Ανοικτό Διαγωνισμό προμήθειας «Δοκιμασία Ανοσοχρωματογραφίας ταχείας ταυτόχρονης ανίχνευσης Γρίπης Α&Β και COVID-19» για τις ανάγκες του Τμήματος Λοιμώξεων _ CPV 33698100-0, ΚΑΕ - 1359», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές με αριθμ. πρωτ. 9606/18-03-2025 όπως αυτές κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών (σύμφωνα με την αριθμ. 9237/13-03-2025(ΑΔΑ: 6ΔΝΡ469066-ΧΒΤ) Απόφαση Διοικητή).

Και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΜΟΝΟ οικονομικές προσφορές με τιμές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων.

Θα θέλαμε **απαραιτήτως** να μας ενημερώσετε αν υπάρχει Π.Τ. για το είδος και αν όχι να αιτιολογήσετε από πού προκύπτει η τιμή.

Η παρούσα αναρτάται:

- στην ιστοσελίδα της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr, στη διαδρομή : προμήθειες ► Προμήθειες 2025 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.dianveia.gov.gr>.

Κατάθεση προσφορών στο email: gnl-promithies@ghl.gr έως 31-03-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Οι Αριθμ. Πρωτ. 9606/18-03-2025 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δοκιμασία Ανοσοχρωματογραφίας ταχείας ταυτόχρονης ανίχνευσης Γρίπης Α&Β και COVID-19»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΦΠΑ	Συγκριτικό στοιχείο
1	Δοκιμασία Ανοσοχρωματογραφίας ταχείας ταυτόχρονης ανίχνευσης Γρίπης Α&Β και COVID-19(ΤΡΙΠΛΟ RAPID TEST)	20.000/test t	.../test				

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη€ πλέον ΦΠΑ ήτοι€

Α/Α 1, Δοκιμασία Ανοσοχρωματογραφίας ταχείας ταυτόχρονης ανίχνευσης Γρίπης Α&Β και COVID-19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταχεία μέθοδος ταυτόχρονης ποιοτικής ανίχνευσης του ιού της γρίπης και του ιού SARS-CoV-2

1. Μέθοδος: Ταχεία μέθοδος ταυτόχρονης ποιοτικής ανίχνευσης του ιού της γρίπης και του ιού SARS-CoV-2 βασισμένη σε τεχνολογία lateral flow. (Κασέτα)
2. Να ανιχνεύει την παρουσία ή απουσία της νουκλεοπρωτεΐνης του ιού της γρίπης τύπου Α ή Β και της πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου του ιού SARS-CoV-2 σε άμεσο ρινικό ή ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.
3. Χρόνος για το αποτέλεσμα της δοκιμής: 15 λεπτά
4. Τα αντιγόνα να ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης.
5. Το τεστ να χρησιμοποιεί ειδικά αντισώματα που ανιχνεύουν τα αντιγόνα για την γρίπη Α και Β και του ιού SARS-CoV-2.
6. Σε περίπτωση θετικού δείγματος να εμφανίζεται μια έγχρωμη ζώνη στην αντίστοιχη ζώνη ελέγχου
7. Ως ένδειξη έγκυρης λειτουργίας του τεστ, να εμφανίζεται πάντα μια έγχρωμη ζώνη στη θέση ελέγχου.
8. Ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την παραγωγή του τεστ.
9. Να μην είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού θαλάμου βιοασφάλειας 2.
10. Οι συσκευές αντίδρασης (κασέτες) να είναι ανεξάρτητες και ατομικές.
11. Τα σωληνάκια εκκύλισης να είναι προγεμισμένα.
12. Στο κιτ να περιέχονται στυλεοί δειγματοληψίας. Οι στυλεοί να φέρουν σήμανση 93/42/EEC και πιστοποίηση ISO 13485:2016
13. Το προϊόν να φέρει σήμανση CE-IVD (98/79/EC) και πιστοποίηση ISO 13485:2016.
14. Το προϊόν να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ