



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ 26-03-2025
Α/Α: 44

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροκάρ για έγχυση υγρών σε τραύματα.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής **πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών** από την ανάρτηση και να προσκομίσει **δείγματα ή/και prospectus στο Τμήμα Προμηθειών για τα ακόλουθα είδη, προκειμένου να αξιολογηθούν από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου πριν την οικονομική προσφορά.**

Πληροφορίες: Ξουρή Άννα-Χριστίνα, prom2@kat-hosp.gr, τηλ.213-2086951
Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ζητούμενα είδη / υπηρεσίες είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

Το είδος για το οποίο ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τροκάρ για έγχυση υγρών σε τραύματα	10.00ΤΜΧ

Προδιαγραφές: « Τροκάρ για έγχυση υγρών σε τραύματα»

- Να είναι αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι κατάλληλο για την έγχυση υγρών με πίεση σε τραύματα, (είτε φυσιολογικού ορού, είτε αντισηπτικών δέρματος)
- Να είναι κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών/φαρμάκων από φιαλίδια φαρμάκων ή ημιάκαμπτα δοχεία υπό άσηπτες συνθήκες
- Να έχει πλήρως ερμητική και ασφαλή σύνδεση με όλους τους υποδοχείς (flacon, οροί κλπ).

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

- Να διαθέτει κουμπωτό καπάκι, το οποίο στεγανοποιεί το περιεχόμενο, αποτρέπει την επαφή του με το περιβάλλον και την επιμόλυνσή του, μειώνει την μόλυνση από την αφή του εργαζόμενου.
- Να έχει φίλτρο αέρα 0,45μm που να συγκρατεί τα βακτήρια και ενσωματωμένο κανάλι αέρα, που να αυτοματοποιεί την εξισορρόπηση πίεσης, τα οποία αυξάνουν σημαντικά την απόδοση και την ασφάλεια και διατηρούν ένα υψηλό ρυθμό ροής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 7.500€ πλέον ΦΠΑ, ΚΑΕ: 1311

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ακόλουθη:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να αποστείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας iSmart P.C.

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της iSmart P.C. πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. CPV
2. GMDN
3. REF Number
4. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
5. Κατασκευαστικός οίκος
6. Κατηγορία και περιγραφή υλικού

Διοικητής του Νοσοκομείου

Ιωάννης Ηλιόπουλος