



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου _ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 31/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 5793

Ταχ. Δ/ση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Νικολέττα
Τηλέφωνο: 2221355895
E-mail: sup5gnx@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.: 3914/04-03-2025 αίτημα του Τμήματος Ορθοπεδικής Κλινικής.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email: sup5gnx@chalkidahospital.gr](mailto:sup5gnx@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	<p>ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ</p> <p>Τα μηριαία και τα κνημιαία εξαρτήματα να είναι υποαλλεργικά, με τυχαιοποιημένο μέγεθος και γεωμετρικό σχήμα της δοκιδωτής πορώδους επιφάνειας σε επαφή με το οστό ώστε να παρέχει βέλτιστη δομή για την εσωτερική ανάπτυξη των οστών και τη δευτερογενή βιολογική στερέωση του εμφυτεύματος.</p> <p>Μηριαία ανατομική πρόθεση για χρήση χωρίς τσιμέντο, κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου. Αυξημένο πάχος των οπίσθιων κονδύλων και ακτίνα καμπυλότητας που επιτρέπουν μεγάλη επιφάνεια επαφής ακόμη και σε υψηλούς βαθμούς κάμψης. Υψηλή σκληρότητα.</p> <p>Κνημιαία πρόθεση ανατομική για χρήση χωρίς τσιμέντο, κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου με ανατομικά διαμορφωμένη πλάκα βάσης που έχει κυλινδρικό κεντρικό σώμα με φλάντζα κατά της περιστροφής και 4 <u>peg</u> <u>αγκύρωσης</u> με δυνατότητα προαιρετικής χρήσης στυλεού.</p> <p>Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους ή υψηλής διακλάδωσης με εμπλουτισμό αντιοξειδωτικής βιταμίνης E και σε 5 πάχη για κάθε μέγεθος.</p>	Μία (1) ορθοπεδική επέμβαση

Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης πλοηγού με tablet.	
---	--

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **Παρασκευή 04-04-2025**.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

**Η Διοικητική Διευθύντρια
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας**

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΕΓΑΡΙΤΗ