

No437 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ -ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.4146/31-03-2025

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Μιτκή Αξία	Ημ/νια Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	Λ	699	Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ	817221	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ -ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ	TEM	1,0000	2.393,20		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις : ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία έναρξης υποβολλής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολλής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολλής προσφορών : prom_elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πληρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλεφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδιέταιρα αν αυτός ειναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
---------------------	------------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------------	------	----------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:

α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φορητό οξύμετρο - πιεσόμετρο ζωτικών παραμέτρων
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.350,00€ πλέον φ.π.α

1. Να διαθέτει υψηλής φωτεινότητας, ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen) TFT LCD τουλάχιστον 8" ίντσών για την απεικόνιση των γραφημάτων.
2. Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους τουλάχιστον εύκολο στην μετακίνηση.
3. Να έχει κατανάλωση χαμηλής ενέργειας και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
4. Να λειτουργεί με ρεύμα στα 100/240Volt και με συχνότητα 50/60Hz.
5. Να διαθέτει γρήγορη και ακριβής μέτρηση της αναίμακτης πίεσης με την μέθοδο oscillometric (ταλαντομετρική) οπωσδήποτε τεχνολογίας **SUNTECH** υψηλής ακρίβειας.
6. Η αναίμακτη πίεση να διαθέτει πιστοποίηση κατά IEC60601-1:1997, IEC/EN60601-2-30:1999/2000, AAMI SP10:1992/2002, EN1060-1:1996, EN1060-3:1997.
7. Να διαθέτει αυτόματη και manual πίεση και να μετρά συστολική , μέση, διαστολική.
8. Να είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
9. Το εύρος των καρδιακών παλμών να είναι 20-300 BPM .
10. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση του ιστορικού έως 5.000 επεισοδίων.
11. Να διαθέτει παθητική ψύξη χωρίς χρήση ανεμιστήρα.
12. Να διαθέτει Φωνητικό έλεγχο, με 16 εντολές. για γρήγορη απόκριση & γρήγορη μέτρηση.
13. Να διαθέτει πρόγραμμα παρακολούθηση σταγόνων του ρυθμού έγχυσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαφορετικά είδη ενδοφλέβιας έγχυσης.
14. Να διαθέτει ακριβής μέτρηση SPO₂ με προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας διπλού υπέρυθρου μήκους κύματος (Τεχνολογίας **Nellcor** ή **Massimo**).
15. Να έχει εύρος μέτρησης οξυμετρίας 0-100% ανάλυση 2% και ακρίβεια για νεογνά ± 3%.
16. Ρυθμιζόμενα ηχητικά και οπτικά alarm με δυνατότητα αποθήκευσης τους έως και 10.000 περιστατικά.

17. Να διαθέτει την δυνατότητα θηρών επικοινωνίας RJ45 Communication, 2 USB port, Nurse call 1 RJ11 & Barcode Scanner.
18. Να διαθέτει οπωσδήποτε την δυνατότητα barcode scanner για εύκολη εισαγωγή στοιχείων ασθενούς.
19. Να διαθέτει οπωσδήποτε την δυνατότητα σύνδεσης με Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο τεχνολογίας Covidien για γρήγορη και με μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων.
20. Να διαθέτει οπωσδήποτε την δυνατότητα αναβάθμισης με καπνογραφία ETCO2 main/side stream.
21. Να συνοδεύεται από τροχήλατο στατό του ιδίου οίκου κατασκευής.
22. Να διαθέτει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου μέσω πρωτοκόλλου HL7.
23. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, με βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο (Με ποινή αποκλεισμού).
24. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιμο υλικό απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
25. Να κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 14001 για το περιβάλλον & Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 117/2004 και 15/2006).
26. Να υπάρχει πιστοποιημένο service από την προμηθεύτρια εταιρεία, καθώς και να κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού «πιστοποιητικό εκπαίδευσης» από τον κατασκευαστικό οίκο για τα προσφερόμενα μηχανήματα.
27. Να συνοδεύεται από πλήρες, επίσημο, εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου (USERMANUAL) και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICEMANUAL) Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
28. Να κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 & EN ISO 13485:2016, EN ISO 37001, του προμηθευτή καθώς και EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
29. Να κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/EOK, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

30. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

Από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Ε.Χουλιαρά