



MTN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 4712
Ημ/νία: 04/04/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-04-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 10-04-2025

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1) ΣΕΤ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ

- ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1 ζεύγος γάντια
1 χειρουργικό πεδίο
2 επιθέματα γάζας 7,5x7,5 - 8-ply
2 τολύπια γάζας
2 αυτοκόλλητα στήριξης βελόνας με εγκοπή
4 αυτοκόλλητα σταθεροποίησης των γραμμών
αιμοκάθαρσης

- ΣΕΤ ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1 ζεύγος γάντια
2 επιθέματα γάζας 7,5x7,5 - 8-ply
3 μικρά τολύπια γάζας
2 αυτοκόλλητα στήριξης βελόνας με εγκοπή
2 πίεστρα αιμόστασης
2 αυτοκόλλητα επιθέματα

(210601500028034)

2) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

- ΑΠΛΟ(Na 138 , K 2 , Mg 0.50 , Ca 1.5, Gluc 1gr/lt)
- ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΛΙΟΥ(Na 138 , K 3 , Mg 0.50 , Ca 1.5, Gluc 1gr/lt)
- ΥΨΗΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ(Na 138 , K 2 , Mg 0.50 ,
Ca 1.75, Gluc 1gr/lt)
- ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ(Na 138 , K 2 , Mg 0.50 , Ca 1.25, Gluc 1gr/lt)

(210601500034026-D293)

**3) ΣΑΚΟΙ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΤΤΑΝΘΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008 B ΚΑΙ 4008S**

- ΒΑΡΟΣ 650GR (4 ΩΡΕΣ ΑΙΜ)
- ΒΑΡΟΣ 750GR(ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ ΑΙΜ-ΡΟΗ 800ml/min)

ΟΧΙ ΜΠΕΤΟΝΙΑ

(210601500041009-210601500041035)

4) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008 B ΚΑΙ 4008S
(ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 20% ΠΕΡΙΠΟΥ)
(ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ)

(210601500034027)

5) ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008S

(200190675090007)

6) ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ (ON-LINE)
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 40008S

(200190675090008)

7) ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗΣ – ΚΙΤΡΙΚΟΥ Να 4% - ΗΠΑΡΙΝΗΣ 500UI/ML

(210601500034031)

8) ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ (FISTULA)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΥΛΟΥ ΒΕΛΟΝΑΣ 15G ΚΑΙ 16G (ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 9626,
1995 ή EN2)
ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 20mm ΚΑΙ 25 mm (ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 9626, 1995 ή EN2)
ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 15cm
Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΥΛΗΣ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (CLIP) ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ
LUER LOCK ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»
(210601500028037/47)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

04.04.2025 13:06:24
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STYLIANOS
TSOMARIDIS



0000823839

MTN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 4715
Ημ/νία: 04/04/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-04-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 10-04-2025
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ Ca 30.12.9

Ca = 1,25 mmol/L

Glu = 1000gr

K=3.000 mmol

Μπιτόνι των 5lt , διάλυμα οξικών χαμηλού Ca

Ποσότητα 100 lit

(210601500210009)

2. Διάλυμα κιτρικού 46,7% (T.S.C.)

(210601500051009)

Διάλυμα κιτρικού σφράγισης καθετήρα
Διάλυμα σφράγισης καθετήρα σε φιαλίδια (vials) 5ml. Διάλυμα τρινατριούχου κιτρικού
άλατος πυκνότητας 4% ή 30% ή 46,7% (T.S.C) κατάλληλο για την πλήρωση και
σφράγιση μόνιμων και προσωρινών καθετήρων. Να είναι αντιθρομβωτικό ,
αντιμικροβιακό, ειδικό για την διάσπαση και την πρόληψη σχηματισμού του biofilm . Να
είναι αποστειρωμένο , να διατίθεται σε φιαλίδια (vials) των 5ml μιας χρήσεως και να έχει
διάρκεια ζωής 3 χρόνια .

3. Πυκνό διάλυμα κιτρικών/κιτρικών με L-ασκορβικό οξύ , για τη διενέργεια συνεδρίας
αιμοκάθαρσης. (Οξίνα διαλύματα αιμοκάθαρσης με κιτρικό οξύ /bit c)

(200190675090018)

4. Έτοιμοι ηπαρινισμένοι εκ των προτέρων οροί για τον ηπαρινισμό των φίλτρων
αιμοκάθαρσης . Οι οροί να έχουν ίση ή μεγαλύτερη των 6000μονάδων ηπαρίνης /lt

(200190675090021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

04.04.2025 13:08:07
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STYLIANOS
TSOMARIDIS

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ



0000823840

MTN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 4716
Ημ/νία: 04/04/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-04-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, και σύμφωνα με απόσπασμα πρακτικού της 12^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 09-05-2018(Θέμα Β12)(Ορθή Επανάληψη), το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.
Καταληκτική ημερομηνία 10-04-2025
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ

- Οι φύσιγγες να προσαρμόζονται στα μηχανήματα Gambro, Althin Drake Willock, Hospal-Integra, Braun και Nikkiso χωρίς την ανάγκη μετατροπής ή άλλης παρέμβασης στη φύσιγγα ή το μηχανήμα.
- Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο και κατά προτίμηση διάφανο υλικό, η δε σκόνη διττανθρακικού να είναι χημικά καθαρή και σταθερή, στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της φαρμακοποιίας.
- Να έχουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων εισόδου – εξόδου.
- Η περιεχόμενη ποσότητα να είναι 750 gr. και να επαρκεί τουλάχιστον για 4ωρη συνεδρία σε συνήθεις συνθήκες αιμοκάθαρσης.
- Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

(210601500041033)

2.ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ/ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

- Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης.
- Διάλυμα κατάλληλο για την χημικοθερμική απολύμανση και αφαλάτωση / απασβέστωση των υδραυλικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου NIKKISO.
- Να έχει πλήρη μικροβιοκτόνο, ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και παρασιτοκτόνο δράση (Gram-, Gram+, HIV, HBV, HCV, μύκητες κλπ.).
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 10 λίτρων
- Η διάρκεια ζωής τους να είναι 2-3 έτη.
- Να φέρει σήμανση CE.

(210601500034034)

3.ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

- Σετ γραμμών έγχυσης/έκπλυσης εξωσωματικού κυκλώματος με βαλβίδα αντεπιστροφής, θύρα εγχύσεων/δειγματοληψίας, συνδετικό ηπαρινισμού, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης DBB-07 του οίκου Nikkiso.
- Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο.
- Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας του κατασκευαστή.

(200190675090009)

4.ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

- Φίλτρα για την παρασκευή υπέρ καθαρού τελικού διαλύματος αιμοκάθαρσης στείρου μικροβίων και πυρετογόνων ουσιών, από μεμβράνη PEPA (Polyester Polymer Alloy), κατάλληλα για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης του οίκου Nikkiso που διαθέτει η MTN του νοσοκομείου.
- Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να φέρουν σήμανση CE.

(200190675090010)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

04.04.2025 13:08:48
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STYLIANOS
TSOMARIDIS

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ