



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ 17-03-2025
Α/Α: 41

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλωσίμων για συσκευής αρνητικής πίεσης .

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του, στέλνοντας e-mail ενδιαφέροντος, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση. Οι προμηθευτές που δεν θα αποστείλουν e-mail δεν θα συμπεριληφθούν στην έρευνα.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών , Μανίκας Νικόλαος, prom4@kat-hosp.gr ,
τηλ.213-2086633

Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για το είδος είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

Τα είδη για τα οποία ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

Α/Α	ΚΩΔ. ΚΑΤ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1	0911217001000031	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 34Χ5Χ1ΕΚ (EXTRA LARGE)	4	1.350,00 € πλέον Φ.Π.Α
2	0911217001000032	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 1000ML	2	

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 05/27-02-2025 ,Θ.44 ΑΔΑ(6Γ0Κ46906Π-ΔΨ5)
Εκτιμώμενη πίστωση 1.350,00 € πλέον Φ.Π.Α
ΚΑΕ 1311

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Περιλαμβάνει επίθεμα πολυουρεθάνης με αυτοκόλλητο πλέγμα σιλικόνης, για να προσαρμόζεται στο τραύμα, με δομή κυψέλης 400-6——microns και με μεμβράνες πολυουρεθάνης διαφανείς για σφράγιση. Ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης από σιλικόνη , κλείστρο και βιδωτό αντάπτορα για σύνδεση με το δοχείο.

2. Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο, ανεπίστροφη βαλβίδα (για αποφυγή διαρροών) και υλικό ζελοποίησης ώστε το εισερχόμενο εξίδρωμα να μετατρέπεται σε τζελ. Να διαθέτει αισθητήρα πλήρωσης με αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού και διακοπή λειτουργίας για προστασία της συσκευής Το δοχείο να φέρει ειδικούς συνδέσμους για να συνδέεται σταθερά απ' ευθείας στη συσκευή αρνητικής πίεσης ώστε να είναι πιο εύκολη η χρήση του συστήματος από περιπατητικούς ασθενείς Το δοχείο να φέρει διαβάθμιση ανά 100 ml , και να έχει ενσωματωμένους σωλήνες σιλικόνης με κλείστρο και αντάπτορες, για εύκολη σύνδεση με συσκευή και τραύμα

Προδιαγραφές υγειονομικού υλικού για θεραπεία με σύστημα αρνητικής πίεσης
Αναλυτική περιγραφή της συσκευής αρνητικής πίεσης.(δωρεάν συνοδός εξοπλισμός)

- α. Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης από -20 μέχρι -250mmHg.
- β. Η συσκευή να διαθέτει μενού λειτουργίας σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
- γ. Η συσκευή να διαθέτει οθόνη αφής για τις ρυθμίσεις λειτουργίας της.
- δ. Δυνατότητα για τέσσερις λειτουργίες.
 1. Συνεχόμενη λειτουργία
 2. Διαλειπόμενη λειτουργία
 3. Λειτουργία ενστάλαξης
 4. Ενστάλαξης με διαλειπόμενη λειτουργία
- ε. Το βάρος της αντλίας δε ξεπερνά τα 600gr για άνεση και φορητότητα.
- στ. Δυνατότητα μεγάλης αυτονομίας λόγω της μπαταρίας Li-ion περίπου 12 ώρες.
- ζ. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει, υπάρχει δυνατότητα άμεσης επίλυσης του από εκπαιδευμένο άτομο της εταιρείας
- η. Σε περίπτωση ανάγκης θεραπείας εκτός νοσοκομείου, η συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί, αφού ενημερωθεί εκπρόσωπος της εταιρείας

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ακόλουθη:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να αποστείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρείας iSmart P.C.

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της iSmart P.C. πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ιωάννης Ηλιόπουλος