

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 1608 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

### Αναλυτικότερα :

2-1311150001 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ 90% v-ΒΟΥΤΥΛΟ & 10 % 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΩΣ & 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ.

ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10΄΄.

ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΟΥ Η ΄ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 gr & 0,3 gr, ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

2-8004700203 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 15ML, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ0-400C ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, >8400ΧG\_\_

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311130060 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ MAXIMAL STERILE BARRIERS από πολυουρεθάνη 8,5 Fr, μήκους 20 cm

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σετ αντιμικροβιακού - αντισηπτικού καθετήρα 4 αυλών από πολυουρεθάνη 8,5 Fr, μήκους 20 cm εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη

και αργυρική σουλφαδιαζίνη σε όλο το μήκος του καθετήρα (σύμφωνα με τα CDC), εσωτερικά και εξωτερικά, που να αποδεικνύεται

η δράση τους με μεγάλο αριθμό μελετών. Να είναι σε σετ σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παγκοσμίων πρωτοκόλλων σε επίπεδα

και με λίστα ελέγχου βάσει αυτών. Στο πρώτο επίπεδο να περιέχονται σκούφος, μάσκα με προστατευτικό ματιών και η λίστα ελέγχου

τοποθέτησης. Στο δεύτερο επίπεδο να βρίσκονται η ποδιά του γιατρού και το ολόσωμο πεδίο με οπή και διαφανές παράθυρο. Στο 3ο

επίπεδο να διαθέτει τον καθετήρα και οδηγό σύρμα, διαστολέα, στηρικτικά για τον καθετήρα, 1 ράμμα, βελονοκάτοχο, 5 γάζες, 1

σύριγγα με βαλβίδα ασφαλείας Raulerson, σύριγγες, βελόνα παρακέντησης, 3-way stop cock, νυστέρι με μετακινούμενη λάμα για

προστασία του προσωπικού. Όλο το σετ να είναι μέσα σε ειδικό πεδίο αποστειρωμένο για άμεση χρήση χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας.

2-1311990321 ΣΤΕΓΝΟ ΓΑΝΤΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-9600905600 ΧΑΡΤΙ CONTRAST GE ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MAC 600 GE, ΔΙΑΣΤ.80MMX90MM [ΠΑΚΕΤΟ] Η 80MM [ΡΟΛΟ]

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

### **Σημειώνεται :**

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.ipprokratio.gr](http://www.ipprokratio.gr).

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.