

538. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5152/23-04-2025

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	M.M.	Ποσότητα	Μιτική Αξία	Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	Α	1442	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300054	ΠΛΕΓΜΑ ΒΟΥΒ/ΚΗΛΗΣ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡΟΠ. 30cmx30cm	TEM	1,0000	14,13		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
2	Α	1443	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300925	ΜΟΣΧ.ΑΟΡΤΗΣDacronΕΥΘΥ ΠΛΕΞΗ Cooper15-50cm 16mm	TEM	1,0000	508,50		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
3	Α	1444	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	301355	OXICEL POWDER (Βιολογ. παράγοντας αιμόστασ. & στεγαν/σης από άμυλο πατάτας, αιθανόλη, τρινάτριο, τριμεταφωσφατάση, υδροξείδιο του νατρίου, πολυαιθυλενογλυκόλη), έτοιμο προς χρήση, σε σκόνη των 5gr με κάνουλα εφαρμογής 14 ή 38 cm, απορρόφηση σε 24-48h	TEM	2,0000	620,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
4	Α	1445	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300948	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ 15cm	TEM	1,0000	806,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom_elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδίαιταιρα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
---------------------	------------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------------	------	----------------	------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:
α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

501355

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ,
ΑΙΘΑΝΟΛΗ , ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ , ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΑΤΗ , ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ,
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ . ΝΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΩΝ 5 ΓΡ. ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 14΄Η
38 ΕΚΑΤΟΣΤΑ . ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 24-48 ΩΡΕΣ

302948

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΣΜΟ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ.

Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΣΜΟ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ **J-PLASMA** , ΕΝΑ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΣΜΟ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ **COOL COAG** ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΛΑΜΑΣ ΚΟΠΗΣ.

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΚΗ ΣΤΥΛΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 CM.

Η ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 360 °.