

539. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5153/23-04-2025

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Μιτική Αξία	Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	Α	1489	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	312423	ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ Μ.Χ. 0,5 ΧΙΛ. [ΓΙΑ ΠΑΡΩΤΙΔΑ]	TEM	1,0000	601,40		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
2	Α	1490	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300615	ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛ. ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜ. 7 mm Μ.Χ	TEM	1,0000	806,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
3	Α	1491	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	312364	ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔ.ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ.ΕΝΣΩΜ.ΗΛΕΚΤΡ.&ΚΛΙΠ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	TEM	1,0000	477,40		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom_elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδίαιτα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:
α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

312423

ΓΙΑ ΝΙΜ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ (ΣΚΕΤΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ)

ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

4 ΔΙΚΑΝΑΛΑ ΚΑΙ 2 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ 0,5ΧΙΛ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Σετ διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου για επεμβάσεις παρωτιδεκτομής, τραχήλου και ωτοχειρουργικές αποτελούμενο από:

Α. Σετ ηλεκτροδίων τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική παρακολούθηση κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου, το οποίο:

- να αποτελείται από **τέσσερα (4) δικάναλα** και **δύο (2) μονοκάναλα** ηλεκτρόδια.
- να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.

Β. Μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου ο οποίος:

- να είναι **μονοπολικός**, με πολύ λεπτό **ατραυματικό άκρο** διαμέτρου περίπου **0,5 mm**, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, ερεθισμός, η «χαρτογράφηση» και παρακολούθηση την πορείας του προσωπικού νεύρου και των κλάδων του εντός του χειρουργικού πεδίου και πριν την πλήρη παρασκευή του νεύρου.
- να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.

- Να διαθέτει κομβίο επιλογών: αύξησης, μείωσης της έντασης του διοχετευόμενου ρεύματος στο πεδίου και επιλογής στιγμιότυπου καταγραφής από το χειρουργικό πεδίο.
- Τα προσφερόμενα είδη (ηλεκτρόδια, στυλεός κλπ) να είναι **όλα του ιδίου οίκου** για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
- Τα παραπάνω να παρέχονται **με το συνοδό τους εξοπλισμό ο οποίος να είναι του ιδίου οίκου** και να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένος.
- Το μηχάνημα νευροδιέγερσης να διαθέτει λειτουργία nerve trend για συνεχή παρακολούθηση και αποτυπωση της κατάστασης του νεύρου και συνεχή ενημέρωση του χειρουργού.
- Το **μηχάνημα** του συνοδού εξοπλισμού (του ιδίου οίκου) **να παρέχει προειδοποιητική ένδειξη όταν τα ηλεκτρόδια δεν είναι τοποθετημένα μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια** προλαμβάνοντας τη λάθος τοποθέτηση τους και τις λάθος ενδείξεις.
- Να διατίθεται **δείγμα και manuals του σετ ηλεκτροδίων και του στυλεού**, καθώς και **manuals του συνοδού εξοπλισμού στα Ελληνικά**.
- Να δύνανται στο σετ να ενσωματωθεί νευροδιεγέρτης mosquito 12εκ.
- Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.
- Να διαθέτει διακήρυξη συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής.
- Να διατίθεται έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία για τη χρήση του σετ και του συστήματος σε επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.
- Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

312364**ΓΙΑ ΝΙΜ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΣΩΛΗΝΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ**

Σετ διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης για επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων αποτελούμενο από:

Α.Ενισχυμένο με spiral ενδοτραχειακό σωλήνα σιλικόνης με εργοστασιακά ενσωματωμένο ζεύγος ηλεκτροδίων παρακολούθησης λαρυγγικών νεύρων ο οποίος :

- Να έχει ειδικό χρωματισμένο σημάδι περίπου 3cm, για την ακριβή τοποθέτηση του στις φωνητικές χορδές.
- Να προσφέρεται σε διαστάσεις 6,7,8mm (no 6,7,8).
- Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη .

Να διαθέτει δυο μονοπολικά ηλεκτρόδια στην ίδια αποστειρωμένη συσκευασία.

Β.εύκαμπτο μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου με κομβίο επιλογής λειτουργιών ο οποίος:

- Να είναι **μονοπολικός**, με πολύ λεπτό **ατραυματικό άκρο** διαμέτρου περίπου **0,5mm**, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, ερεθισμός, η <<χαρτογράφηση>> και παρακολούθηση της πορείας των λαρυγγικών νεύρων εντός του χειρουργικού και την πλήρη παρασκευή του νεύρου

• Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη .
Να διαθέτει κομβίο επιλογών: αύξησης, μείωσης της έντασης του διοχετευόμενου ρεύματος στο πεδίο και επιλογής στιγμιότυπου καταγραφής από το χειρουργικό πεδίο.

Γ.ειδικό ηλεκτρόδιο-κλιπ (διαστάσεων περίπου 2 χιλ και 3 χιλ) αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου του ιδίου οίκου .

- Τα προσφερόμενα είδη (σωλήνας, στυλεός , ηλεκτρόδιο κλπ) να είναι **όλα του ιδίου οίκου** γι την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
- Τα παραπάνω να παρέχονται **με το συνοδό τους εξοπλισμό ο οποίος να είναι του ιδίου οίκου** και να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένος .
- Να δύναται στο σετ να ενσωματωθεί διεγέρτης mosquito 12 εκ.
- Να διατίθεται **δείγμα και manuals σωλήνα κα του στυλεού** καθώς και **manuals του συνοδού εξοπλισμού στα Ελληνικά .**
- Το συνοδό μηχάνημα νευροδιέγερσης να:

Αναγνωρίζει μηχανικά , ηλεκτρικά και θερμικά ερεθίσματα του νεύρου .

Διαθέτει χρωματική διαφοροποίηση των ψευδών σημάτων από τα ηλεκτρομυογραφικά σήματα του νεύρου.

Διαθέτει δυνατότητα αυτόματου περιοδικού έλεγχου του νέυρου μέσω ειδικού λογισμικού και γραφήματος συγχρόνως με την νευροπαρακολούθηση .

- Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.
- Να διαθέτει διακήρυξη συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής.
- Να διατίθεται έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία για τη χρήση του σετ και του συστήματος σε επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.

Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.