



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα

Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία

Τηλέφωνο: 2413 504379

FAX: 2410 259679

E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

Λάρισα 25/04/2025

Αρ.Πρωτ. 13613

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ του Ανοικτού Διαγωνισμού για την επισκευή του ψυγείου βαθειάς κατάψυξης MODEL 902 με προμήθεια ανταλλακτικών, την επισκευή αεροστρώματος AURALIS και την προμήθεια ενδιάμεσου σωλήνα αέρος προς χρήσης με τις περιχειρίδες του μόνιτορ INFINITY DELTA ΤΗΣ DRAEGERCPV: 44523300-5 ,50800000-3 ΚΑΕ: 1439,0887 για τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής»

Έχοντας υπόψη

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α' /147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προτίθεται να προβεί σε Ανοικτό Διαγωνισμό «επισκευής του ψυγείου βαθειάς κατάψυξης με προμήθεια ανταλλακτικών, την επισκευή του αεροστρώματος AURALIS και την προμήθεια ενδιάμεσου σωλήνα αέρος προς χρήσης με τις περιχειρίδες του μόνιτορ INFINITY DELTA ΤΗΣ DRAEGERCPV: 44523300-5 ,50800000-3 ΚΑΕ: 1439,0887 για τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές με αριθμ. πρωτ. 13228 /17-04-2025 όπως αυτές κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών .

Και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν **ΜΟΝΟ οικονομικές προσφορές με τιμές**, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων.

Θα θέλαμε **απαραιτητως** να μας ενημερώσετε αν υπάρχει Π.Τ. για το είδος και αν όχι να **αιτιολογήσετε από πού προκύπτει η τιμή**.

Η παρούσα αναρτάται:

- στην ιστοσελίδα της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr, στη διαδρομή : προμήθειες ► **Προμήθειες 2025**► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.dianveia.gov.gr>.

Κατάθεση προσφορών στο email: gnl-promithies@ghl.gr έως 30-04-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ.

Οι Αριθμ. Πρωτ. 132298/17-04-2025 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ MODEL 902
ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ**

Ο ανάδοχος ο οποίος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να επισκευάσει το ψυγείο βαθειάς κατάψυξης και θα πρέπει να κάνει τις εξής εργασίες:

- 1) Να γίνει έλεγχος και συντήρηση όλων των μερών του ψυγείου.
- 2) Να γίνει αντικατάσταση των ανταλλακτικών όπως α) Μπαταρία καταψύκτη, β) AIRFLT. REPLKITUPRTFRZ, και γ) Ψυκτικά υγρά ULT Freezer.
- 3) Να γίνει έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας.
- 4) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τα ανταλλακτικά τουλάχιστον (6) μηνών.

Β)ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ AURALI ΤΗΣ ΜΕΘ.

- 1)Η συντήρηση του μηχανήματος θα γίνει από πιστοποιημένη εταιρεία του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος.
- 2) Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του κατασκευαστικού οίκου.
- 3) Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι PUMP TUBE SET ASSEMBLY (τεμ. 1) και θα είναι πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.

Γ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΤΟΥ MONITOR INFINITYDELTAΤΗΣDRAEGER

- 1) Να είναι κατάλληλο για τα monitors INFINITY DELTA.
- 2) Να είναι πιστοποιημένα συμβατό με τα monitors INFINITY DELTA

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ€

**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ