



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα

Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία

Τηλέφωνο: 2413 504379

FAX: 2410 259679

E-mail: [gnl-promithies@ghl.gr](mailto:gnl-promithies@ghl.gr)

Λάρισα 25/04/2025

Αρ.Πρωτ. 13610

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ:** «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ του Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ CPV: 44523300-5 (Εξαρτήματα), ΚΑΕ: 1439, για τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής»

**Έχοντας υπόψη**

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α' /147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προτίθεται να προβεί σε Ανοικτό Διαγωνισμό «προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ CPV: 44523300-5 (Εξαρτήματα), ΚΑΕ: 1439, για τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές με αριθμ. πρωτ. 13229 /17-04-2025 όπως αυτές κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών .

**Και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΜΟΝΟ οικονομικές προσφορές με τιμές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων.**

Θα θέλαμε **απαραιτήτως** να μας ενημερώσετε αν υπάρχει Π.Τ. για το είδος και αν όχι να αιτιολογήσετε από πού προκύπτει η τιμή.

Η παρούσα αναρτάται:

- στην ιστοσελίδα της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας [www.dypethessaly.gr](http://www.dypethessaly.gr), στη διαδρομή : προμήθειες ► Προμήθειες 2025 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.dianveia.gov.gr>.

Κατάθεση προσφορών στο email: [gnl-promithies@ghl.gr](mailto:gnl-promithies@ghl.gr) έως 30-04-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ.

Οι Αριθμ. Πρωτ. 13229 /17-04-2025 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**1) ΚΕΦΑΛΗ PHASEDARRAYSP5-1S  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ MINDRAY ΜΕ S/N: CC1-14003215  
(ΤΕΜ. 1)**

- 1) Η προμήθεια της κεφαλής θα γίνει από πιστοποιημένο εκπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου.
- 2) Η κεφαλή θα είναι απόλυτα συμβατή με τον υπέρηχο mindray M9
- 3) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (1) έτους

**2) ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ EDAN IM3  
(ΤΕΜ. 1.500)**

- 1) Οι αισθητήρες μιας χρήσεως θα είναι συμβατοί με τα μόνιτορ EDANIM3.
- 2) Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
- 3) Οι αισθητήρες θα είναι: Νεογνών -Παίδων (τεμ. 1.400) και Ενηλίκων (τεμ. 100).

**3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ BICHECK ΓΙΑ MODUL CARNOVOL  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MEDUMAT TRANSPORT  
(ΤΕΜ. 1)**

- 1) Ο αισθητήρας να είναι κατάλληλος για αναπνευστήρα WEINMANN TRANSPORT.
- 2) Η προμήθεια του αισθητήρα θα γίνει από πιστοποιημένο εκπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου
- 3) Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
- 4) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (6) μηνών.

**4) ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ EFFICIA DFM100  
(ΤΕΜ. 1)**

- 1) Μπαταρία λιθίου για τον απινιδωτή philipsefficiadfm100
- 2) Η μπαταρία θα είναι πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
- 3) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (1) έτους.

**5) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ PHILIPS V60  
(ΤΕΜ. 2)**

- 1) Προμήθεια μπαταρίας internalbattery εναλλακτικής τροφοδοσίας για τον αναπνευστήρα philips V60
- 2) Οι μπαταρίες θα είναι πιστοποιημένες από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
- 3) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (1) έτους.

**6) ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ DRAEGER  
(ΤΕΜ. 10)**

- 1) Να είναι κατάλληλος για τα μόνιτορ DRAEGER
- 2) Ο μορφομετετροπέας να αποτελείται από καλώδιο 2,5 μέτρων περίπου και να είναι πολλαπλών χρήσεων
- 3) Να είναι πιστοποιημένος από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
- 4) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (6) μηνών

**7) ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΠΟΔΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET (ΤΕΜ. 1)**

- 1) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει το νοσοκομείο με ένα ζευγάρι πλάκες ποδιών για το χειρουργικό τραπέζι GETINGE MAQUET.
- 2) Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το εξάρτημα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο της χειρουργικής τράπεζας.
- 3) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τα εξαρτήματα τουλάχιστον (6) μηνών.

**8) ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.**

- 1) Να είναι κατάλληλες για τα monitorsdraeger.
  - 2) Να είναι πιστοποιημένα συμβατά με τα monitorsdraeger από την κατασκευάστρια εταιρεία των μόνιτορς.
  - 3) Τα μεγέθη τους θα είναι:
- α) NBPCuffs” 17-25cm (ΤΕΜ. 10)

- β) NBP Cuff Μ" 23-33cm (ΤΕΜ. 12)  
γ) NBP Cuff L" 31-40cm (ΤΕΜ. 10)  
δ) NBP Cuff XL" 38-50cm (ΤΕΜ. 2)  
4) Οι περιχειρίδες δεν θα περιέχουν latex, PVC και σιλικόνη

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ .....€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ .....€**

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ